



**Liga Bahiana Contra o Câncer  
Presidência**



Hospital Aristides Maltez

## **Ata de Divulgação de Resultado**

Ref.: Cotação Prévia de Preço – Divulgação Eletrônica – Nº 03/2024 – Convênio Nº 943870/2023.

Lote I – Aparelho de Raio – x Fixo Digital (01) Unidade;

Lote II – Ultrassom Diagnóstico s/ Aplicação Transesofágica (01) Unidade;

Lote III – Cama Hospital (04) Unidades;

Lote IV – Mesa Cirúrgica Elétrica (01) Unidade;

Lote V – Micrótomos (03) Unidades;

Lote VI – Aspirador Ultrassônico /Bisturi Ultrassônico (01) Unidade.

Em concordância a Portaria Interministerial 424/2016, ao Decreto 6.170/2007, a Portaria 558/2019 e a Lei 8.666/1993. Segue resultado da Cotação Prévia de Preço – Divulgação Eletrônica – Nº 01/2024 – Convênio Nº 916391/2021 com o Parecer Técnico da Engenharia Clínica.

Os participantes do certame terão 03 (três) dias, a partir data de divulgação deste resultado, para interpor recurso. A divulgação estará disponível no site da Instituição, conforme endereço abaixo:

[www.aristidesmaltez.org.br/licitacoes](http://www.aristidesmaltez.org.br/licitacoes).

Salvador, 10 de junho de 2024.

**Maria Romilda Tavares Maltez**  
Presidente

Salvador, 11 de junho de 2024.

**Sr. Claudinê Albertini**  
**Gestão de Contratos e Patrimônio.**

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 03/2024**  
**CONVÊNIO Nº 943870/2023**

Prezado, venho por meio deste apresentar as avaliações das propostas e as suas especificações técnicas. A tabela a seguir, relaciona os fornecedores aos seus respectivos lotes.

LOTE	EQUIPAMENTO	FORNECEDORES
I	Raio X Fixo Digital	Konica Minolta
		Fujifilm do Brasil
		VMI Médica
II	Ultrassom	1000 Medic
		Prime Medical
		SC Medical
		LocalMed
		FujiFilm do Brasil
IV	Mesa Cirúrgica	Medifarr
		KSS
		Prime Medical
V	Micrótomo	CPM
		Brasil Médico
VI	Aspirador Ultrassônico	Artis
		Panmédica

Tabela 01 - Equipamento por lote.

**Lote I - RAIOS X FIXO DIGITAL**

**1. KONICA MINOLTA - MARCA: KONICA, MODELO: ALTUSDR SL - RMS: 80101380017:**

Equipamento ofertado com estativa porta-tubo tipo chão-chão. Em desacordo com o edital que solicita estativa porta-tubo suspensa que permite angulações com trilhos presos no teto, bem como a ausência no pareamento automático do tubo com o bucky, devido a tecnologia da estativa ofertada (chão-chão).

**2. FUJIFILM DO BRASIL - MARCA: FUJIFILM, MODELO: FDR SMART X - RMS: 80022060107:**

Equipamento ofertado com Ânodo Giratório de alta rotação de 3200 RPM, foco fino de 1.0mm e estativa porta-tubo tipo chão-chão. Em desacordo com o edital que solicita alta rotação de pelo menos 9000 RPM, foco fino menor ou igual a 0,6mm e estativa porta-tubo suspensa que permite angulações com trilhos presos no teto;

**3. VMI MÉDICA - MARCA: VMI, MODELO: APOLO D - RMS: 81583780001:**

Oferta um equipamento que atende as especificações do edital.

Apresento abaixo a tabela para nortear a definição do equipamento a ser escolhido:

FORNECEDOR	VALOR	ATENDE O EDITAL
KONICA MINOLTA	R\$ 280.000,00	NÃO
FUJIFILM DO BRASIL	R\$ 526.823,00	NÃO
VMI MÉDICA	R\$ 549.000,00	SIM

Portanto, a Engenharia Clínica se coloca favorável à proposta do fornecedor VMI Médica com a aquisição do Raio X Fixo Digital, modelo APOLO D, devido a sua conformidade ao edital.

### Lote II - ULTRASSOM

**1. 1000 MEDIC - MARCA: SIUI, MODELO: APOGEE 5300 ELITE - RMS: 82266659008:**

Equipamento ofertado com o disco rígido de 500 GB. Em desacordo com o edital que solicita o disco rígido com no mínimo 512 GB.

**2. PRIME - MARCA: MINDRAY, MODELO: CONSONA N6 - RMS: 80943619021:**

Oferta um equipamento que atende as especificações do edital.

**3. SC MEDICAL - MARCA: VINNO, MODELO: E35 - RMS: 80102512113:**

Equipamento ofertado com o disco rígido de 500 GB. Em desacordo com o edital que solicita o disco rígido com no mínimo 512 GB.

**4. LOCALMED - MARCA: IMEX, MODELO: E-CUBE 8 LE - RMS: 81655639016:**

Equipamento ofertado com transdutor linear com faixa de frequência 3-12 MHz. Em desacordo com o edital que solicita frequência mínima entre 5 a 16MHz.

**5. FUJIFILME - MARCA: FUJIFILM, MODELO: ARIETTA 65 - RMS: 80022069004:**

Equipamento ofertado com o disco rígido de 500 GB. Em desacordo com o edital que solicita o disco rígido com no mínimo 512 GB.

Apresento abaixo a tabela para nortear a definição do equipamento a ser escolhido:

FORNECEDOR	VALOR	ATENDE O EDITAL
1000 MEDIC	R\$ 150.976,00	NÃO
PRIME MEDICAL	R\$ 160.000,00	SIM
SC MEDICAL	R\$ 199.400,00	NÃO
LOCALMED	R\$ 250.000,00	NÃO
FUJIFILM	R\$ 251.259,00	NÃO

Portanto, a Engenharia Clínica se coloca favorável à proposta do fornecedor PRIME Medical com a aquisição do Ultrassom, modelo Consona N6, devido a sua conformidade ao edital.

**Lote IV- MESA CIRÚRGICA**

- 1. MEDIFARR - MARCA: NOVAMEC, MODELO: MEC/S 140L - RMS: 80918710002:**  
Equipamento ofertado com a base e coluna fabricada em aço. Em desacordo com o edital que solicita a fabricação em aço inoxidável.
- 2. KSS - MARCA: VISION, MODELO: T4 - RMS: 10242640033:**  
Oferta um equipamento que atende as especificações do edital.
- 3. PRIME - MARCA: MINDRAY, MODELO: HYBASE 3000 - RMS: 80943610139:**  
Oferta um equipamento que atende as especificações do edital

Apresento abaixo a tabela para nortear a definição do equipamento a ser escolhido:

FORNECEDOR	VALOR	ATENDE O EDITAL
MEDIFARR	R\$ 51.700,00	NÃO
KSS	R\$ 58.800,00	SIM
PRIME	R\$ 120.000,00	SIM

Portanto, a Engenharia Clínica se coloca favorável à proposta do fornecedor KSS com a aquisição da Mesa Cirúrgica, modelo VISION T4, devido a sua conformidade ao edital e princípio da economicidade.

**Lote V- MICRÓTOMO**

- 1. CPM - MARCA: LUPETEC, MODELO: MRP2015 - RMS: 81819930002:**  
Oferta um equipamento que atende as especificações do edital
- 2. BRASIL MÉDICO - MARCA: LABORANA, MODELO: EP-31 - RMS: 80071430022:**  
Oferta um equipamento que atende as especificações do edital

Apresento abaixo a tabela para nortear a definição do equipamento a ser escolhido:

FORNECEDOR	VALOR	ATENDE O EDITAL
CPM	R\$ 79.170,00	SIM
BRASIL MÉDICO	R\$ 217.260,00	SIM

Portanto, a Engenharia Clínica se coloca favorável à proposta do fornecedor CPM com a aquisição do Micrótomo, modelo MRP2015, devido a sua conformidade ao edital e princípio da economicidade.

**Lote VI - ASPIRADOR ULTRASSÔNICO**

- 1. ARTIS - MARCA: ARTIS, MODELO: US-1 - RMS: 80463390010:**  
Oferta um equipamento que atende as especificações do edital

**2. PANMÉDICA - MARCA: PANMÉDICA, MODELO: SONOCA 300 - RMS: 10171610052:**

Equipamento ofertado com pedal de simples acionamento. Em desacordo com com o edital que solicita o pedal para seleção de funções e regulagem da potência.

Apresento abaixo a tabela para nortear a definição do equipamento a ser escolhido:

<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>ATENDE O EDITAL</b>
<b>ARTIS</b>	R\$ 333.449,20	<b>SIM</b>
<b>PANMÉDICA</b>	R\$ 364.589,00	<b>NÃO</b>

**Portanto, a Engenharia Clínica se coloca favorável à proposta do fornecedor ARTIS com a aquisição do Aspirador Ultrassônico, modelo US-1, devido a sua conformidade ao edital.**

Atenciosamente,



**TECSAÚDE**  
Engenharia Hospitalar  
**Thiago Dias**  
Coordenador de Projetos

Thiago Dias de Souza  
Engenharia Clínica – Hospital Aristides Maltez  
**TECSAÚDE – ENGENHARIA HOSPITALAR**

A

Secretaria Estadual do Ministério da Saúde Bahia/SEMS  
Secretaria Executiva/SE  
Ministério da Saúde/MS

Ref.: Parecer Técnico – Convênio Nº 943870/2023  
Lote 03 – Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica  
Cotação Prévia de preço – Divulgação Eletrônica Nº 03/2024

Após análise das Propostas recepcionadas, e atendendo a prerrogativa de exigências Portaria 424/2016, Decreto 6.170/22007, Portaria 558/2019 e Licitações 86666/1993. Considerando o Menor Preço, e qualificação técnica conforme Edital e Plano de Trabalho. A Empresa contemplada é RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA, CNPJ Nº 02.377.937/0001-06. Para o fornecimento de 04 (quatro) unidades de Camas Hospitalares Tipo Fawler Elétrica.

Atenciosamente,

  
Jamile Sales Casaes Gomes

Vice Coordenadora do Depto de Enfermagem